

## Núcleo de Instalações e Equipamentos

### MEMÓRIA DESCRITIVA

Serve a presente Memória Descritiva para a apresentação de propostas para a aquisição de um *pacemaker* externo de dupla câmara para o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do SESARAM, EPERAM.

**1. Pacemaker externo de dupla câmara (1 unidade), devendo cumprir os seguintes critérios:**

- 1.1. Deverá ser projetado para estimulação temporária, segura e confiável do coração;
- 1.2. Deverá estar incluído o cabo/adaptador de paciente;
- 1.3. Deverá possuir ecrã LCD;
- 1.4. Deverá incluir modos DDD, DDI, DOO, AAI, AOO, VVI, VOO, ou equivalentes;
- 1.5. Deverá possuir uma taxa de estimulação de pelo menos 30 a 200 ppm;
- 1.6. Caso exista bateria, deverá incluir carregador.

**2. Garantia**

- 2.1. Deverá ter garantia de 3 anos contra defeitos de fabrico.

Nota: Nos termos do n.º 9, do artigo 49º, do Código dos Contratos Públicos, todas as referências a marcas comerciais ou industriais de patentes ou modelos presentes nesta peça processual, devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da menção "tipo ou equivalente".