

Núcleo de Instalações e Equipamentos

MEMÓRIA DESCRITIVA

Serve a presente Memória Descritiva para a apresentação de propostas para a aquisição de *pacemakers* externos de câmara única para o Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardiotorácica do SESARAM, EPERAM.

1. Pacemaker externo de câmara única (20 unidades), devendo cumprir os seguintes critérios:

- 1.1. Deverá ser projetado para estimulação temporária, segura e confiável do coração;
- 1.2. Deverá estar incluído o cabo/adaptador de paciente;
- 1.3. Deverá possuir visor LCD;
- 1.4. Deverá incluir modos A00, AAI, V00, VVI, ou equivalentes;
- 1.5. Deverá possuir uma taxa de estimulação de pelo menos 30 a 200 bpm;
- 1.6. Caso exista bateria, deverá incluir carregador.

2. Garantia

- 2.1. Deverá ter garantia de 3 anos contra defeitos de fabrico.

Nota: Nos termos do n.º 9, do artigo 49º, do Código dos Contratos Públicos, todas as referências a marcas comerciais ou industriais de patentes ou modelos presentes nesta peça processual, devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da menção "tipo ou equivalente".